

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๕ รายการ  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะดำเนินการจัดซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๕ รายการ คุณสมบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ๑. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง เบอร์ ๖   | จำนวน ๑๖๐ กล่อง |
| ๒. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง เบอร์ ๖.๕ | จำนวน ๔๐๐ กล่อง |
| ๓. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง เบอร์ ๗   | จำนวน ๔๐๐ กล่อง |
| ๔. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง เบอร์ ๗.๕ | จำนวน ๑๑๕ กล่อง |
| ๕. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง เบอร์ ๘   | จำนวน ๔๐ กล่อง  |

### ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการทำหัตถการภายนอกร่างกาย, และทำให้แผลปราศจากเชื้อ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล

### ๓. คุณลักษณะทั่วไป

๑. ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติไม่มีแป้งเคลือบภายในและภายนอกถุงมือ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและปลอดภัย
๒. ถุงมือแต่ละชิ้นมีเครื่องหมายระบุขนาดและระบุว่าเป็นข้างซ้าย (L) หรือข้างขวา (R) ให้เห็นชัดเจนตามมาตรฐานสากล และไม่หลุดลอกเวลาทำความสะอาด
๓. ถุงมือทุกชิ้นมีลักษณะสวมใส่กับมือได้โดยกระชับไม่ลึกหลุด และไม่เป็นรัดมากเกินไป ความยาวของถุงมือไม่น้อยกว่า ๒๘๐ มม. สามารถสวมลงถึงข้อมือได้พอดี
๔. ถุงมือบรรจุในซองเดียว ของละ ๑ ชุด ลักษณะนิ้วของถุงมืออยู่ในท่าเรียบด้านนิ้ว และผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อมาแล้ว
๕. เนื้อยางป่องแสง มีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน
๖. มีฉลากแสดงชื่อ ประเภท ขนาดของถุงมือ ตรายីห้อสินค้า ชื่อผู้ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ หน้ากล่อง บรรจุ และ ของที่บรรจุอยู่ในสภาพดี ทุกกล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่มีดีซิด
๗. ถุงมือทุกชิ้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรูรั่ว หรือปราศจากการอยတำเนินต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลเสียต่องาน เช่น พองอากาศ สิ่งแปรเปลี่ยนในเนื้อยาง
๘. เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับการศัลยกรรมคลีฟจากน้ำยางธรรมชาติ ไม่มีสารที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ขึ้นได้
๙. ผ่านการทดสอบรูรั่ว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมและผ่านการตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำที่ระดับคุณภาพที่ยอมรับ (Acceptable Quality Level AQL ที่ ๐.๖๕ )
๑๐. มีผิวเรียบปราศจากการอยတำเนินใด ๆ ผิวด้านนอกออกแบบให้มีความสากเพื่อใช้หิบจับอวัยวะ หรือเครื่องมือผ่าตัดที่เปลี่ยนได้โดยไม่ลึกด้วยในขณะเปลี่ยน


(นางวัทรพร ใจลาด)

๙๙๙๙ ๙๙  
(นางกนกวรรณ มีไทยวงศ์)

๙๙๙๙ ๙๙  
(นายสมัย โภสุมกรณ์)

#### ๕. เงื่อนไข

- ๑) ได้รับมาตรฐาน ISO
- ๒) ได้รับมาตรฐาน มอก.
- ๓) ได้รับมาตรฐาน CE
- ๔) ขนาดบรรจุ กล่องละ ๕๐ คู่

ลงชื่อ ..... ประยานกรรรมการ  
(นางภัทรพร ใจฉลาด)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางกนกวรรณ มิ่งไวยสวงศ์)

ลงชื่อ ..... นายสมัย โภสุมภร  
(นายสมัย โภสุมภร)