

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ความต้องการ

๑.๑ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๑.๒ ราคากลางเครื่องล้าง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้เพื่อล้างทำความสะอาดและทำลายเชื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบน้ำเย็น, น้ำร้อนและมีระบบอบแห้งเครื่องมือ เครื่องในตัว ทำงานโดยอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการทำงาน ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

๓.๒ ตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลสสตีลเป็นแบบบตูตั้งพื้นขนาดความจุของห้องล้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร
แบบ ๒ ประตู

๓.๓ มีระบบทำน้ำร้อนภายในตัวเครื่อง เพื่อใช้ในขั้นตอนการล้าง

๓.๔ ควบคุมโปรแกรมการทำงานของเครื่องด้วยระบบ Microprocessor แบบอัตโนมัติ

๓.๕ ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐-๔๐๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ ๓ เฟส ๕ สาย

๓.๖ เป็นเครื่องล้างเร็ว มีโปรแกรมล้างทำความสะอาดพร้อมอบแห้งอุปกรณ์ภายในเวลาไม่เกิน ๔๐ นาที

๓.๗ มีถังสำรองน้ำไว้สำหรับใช้ในการล้างแต่ละขั้นตอนไม่น้อยกว่า ๒ ถัง ซึ่งติดตั้งอยู่ภายใต้โครงสร้าง เดียวกัน และสามารถทำอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า ๘๕ °C

๓.๘ ต้องมีเอกสารแสดงแหล่งผลิต ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานยี่ห้อที่เสนอ โดยตรง (Original product) ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ว่าจ้างโรงงานอื่นผลิตให้ (OEM.) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน CE, ISO๙๐๐๑, ISO๑๓๔๘๕ จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงและผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๓ จากสถาบัน IFAH

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ ภายในห้องล้างมีขนาดความจุของห้องล้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ทำด้วยสแตนเลสสตีล เกรด AISI ๓๑๖L และส่วนประกอบฝาปิดตัวเครื่องด้านนอกทำด้วยสแตนเลสสตีล

๔.๒ ภายในห้องล้าง (Washer Chamber) มีใบพัดลักษณะแบบสำหรับฉีดชำระล้างแบบหมุนเพื่อให้น้ำ สามารถล้างได้อย่างทั่วถึงโดยอยู่ส่วนบนและส่วนล่างของห้องล้างและระหว่างชั้นบรรจุภัณฑ์

๔.๓ มีหัวต่อฉีดชำระล้างแบบ hydraulic circuit เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเครื่องมือ

๔.๔ มีระบบความปลอดภัยในการตรวจเช็คตัวกรรไกรล้างแบบอัตโนมัติ (Basket sensor) เพื่อป้องกัน ความผิดพลาดก่อนกระบวนการล้าง โดยติดตั้งภายในห้องล้างทำด้วยสแตนเลสจำนวนไม่น้อยกว่า ๗ จุด เพื่อรับลักษณะตัวกรรไกรได้อย่างแม่นยำ

๔.๕ ตัวเครื่องมีประตูเปิดปิด ๒ ประตู ประตูเป็นแบบเปิดสไลด์เลื่อนชั้น-ลง ในแนวตั้ง บริเวณ ด้านหน้าประตูมีกระจกใสสามารถดูความร้อน สามารถมองเห็นภายในห้องล้างขณะเครื่องทำงานได้

(นางสาว คันธิวารรณ์)

(นางสาวกัญญาณัฐ พยัคฆ์)

(นายอภินันท์ ส่างเดช)

๔.๖ สามารถเลือกโปรแกรมการล้างและทำลายเชื้อได้มีน้อยกว่า ๒๐ โปรแกรม เพื่อความเหมาะสมในแต่ละโปรแกรม จะมีการล้างด้วยน้ำเย็นและน้ำร้อน

๔.๗ ระบบปั๊มน้ำดูดน้ำยาเคมีที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๒ ปั๊มและมีถังบรรจุน้ำยาสำหรับใช้ในการชำระล้างถูกติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๒ ถัง

๔.๘ มีระบบเป่าแห้งอุปกรณ์ (Hot Air Drying System) ภายหลังเสร็จสิ้นการล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์ในเครื่อง เดียวกันภายในการทำงานเพียงครั้งเดียว

๔.๙ มีระบบตรวจสอบอุณหภูมิในห้องน้ำ (Double Temperature Checked) เพื่อป้องกันการผิดพลาดของอุณหภูมิ

๔.๑๐ มีระบบป้องกันภัย ไม่ให้ประตูเปิดในขณะเครื่องทำงาน โดยประตูจะล็อก และถ้าปิดประตูไม่สนิท เครื่องจะไม่สามารถเริ่มทำงานได้ และจะมีสัญญาณแสดงให้ผู้ใช้ทราบ

๔.๑๑ ระบบควบคุมการทำงาน

๔.๑๑.๑ ตัวเครื่องถูกควบคุมด้วยระบบ Microprocessor รายงานผลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch screen)

๔.๑๑.๒ มีระบบ Software ที่สามารถอ่านโปรแกรม และอ่านค่าต่างๆ ที่สำคัญได้จากหน้าจอ เครื่องโดยหน้าจอภาพ สามารถแสดงสถานะต่างๆ ขณะที่เครื่องทำงานให้ทราบดังนี้

๔.๑๑.๒.๑ โปรแกรมการทำงานในแต่ละช่วง

๔.๑๑.๒.๒ โปรแกรมที่เลือก

๔.๑๑.๒.๓ อุณหภูมิของน้ำ ในห้องล้าง

๔.๑๑.๒.๔ เวลาการทำงาน

๔.๑๑.๒.๕ ความผิดปกติของระบบ

๔.๑๑.๓ ในขณะเครื่องทำการล้างและฆ่าเชื้อหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อข้อ เครื่องจะหยุดทำงานและมีเสียงสัญญาณเตือนและควบคุมการทำงานของเครื่องจะแสดง Fault Code นอกสาเหตุที่เครื่องทำงานผิดปกตินบน Display

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ประกอบด้วย

๕.๑ มีรถเข็นสำหรับเข็นของเข้าห้องล้าง จำนวน ๒ คัน

๕.๒ มีชุดตักกรรษำสำหรับบรรจุภาชนะเข้าห้องล้าง จำนวน ๑ ชุด

โดยมีจำนวนชั้นวางอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น

๕.๓ มีชุดสำหรับการล้างทำความสะอาดรองเท้า จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ ตักกรรษำสำหรับบรรจุของเข้าห้องล้าง จำนวน ๑๐ ใบ

๕.๕ น้ำยาสำหรับการล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ จำนวน ๒๐ ลิตร

๕.๖ ชุดทดสอบประสิทธิภาพการล้างทำความสะอาดเครื่องมือ จำนวน ๒๐ ชุด

๕.๗ เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ให้เป็นน้ำอ่อนแบบอัตโนมัติ (RO) จำนวน ๑ ชุด

๕.๘ ถังพกน้ำสแตนเลสขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖.๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบสินค้า และจะต้องตรวจสอบบำรุงรักษา เครื่องทุกๆ ๓ เดือน และส่งแผนการบำรุงรักษาเครื่อง ในวันส่งมอบ

(นางสาววิไล CHANTAWORN)

(นางสาว Savanee RATTANACHAI พยัคฆ์)

(นายอภิชัย คงเดช)

๖.๓ ในระยะเวลาประกัน หากเกิดการขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ทางบริษัทฯ จะต้องส่งช่างเข้ามาตรวจเช็คเบื้องต้นภายในเวลา ๓ วัน และถ้าแก้ไขเบื้องต้นแล้วยังใช้งานได้ ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และถ้าหากไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ขายจะต้องมีเครื่องสำรองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเครื่องเดิม ให้ใช้งานทดแทน และถ้าหากมีการแก้ไขถึง ๒ ครั้ง แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วน ภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๖.๔ ต้องมีหนังสือรับรองว่ามีช่างหรือวิศวกร ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

๖.๕ ต้องมีหนังสือรับรองของให้ ๕ ปี

๖.๖ ต้องมีเอกสารแสดงว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE, ISO๙๐๐๑, ISO๑๓๔๘๕ จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงและผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๕๘๘๗ จากสถาบัน IFAH

๖.๗ ต้องมีเอกสารแสดงแหล่งผลิต ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานอีห้อที่เสนอโดยตรง (Original product) ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ว่าจ้างโรงงานอื่นผลิตให้ (OEM.)

๖.๘ ต้องมีเอกสารแสดงผลงานการขายเครื่องที่นำเสนอ ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกันที่นำเสนอ ในหน่วยงานของรัฐที่เขื่องถือได้มาไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง

๖.๙ บริษัทที่เสนอขายหรือบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘, ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ เพื่อความมั่นใจของหน่วยงานราชการในการติดตั้งและการดูแลบำรุงรักษาหลังการขาย

๖.๑๐ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ ชุด ในวันส่งมอบ


๖.๑๑ ต้องเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตที่ได้ก่อน

๖.๑๒ ผู้ขายต้องติดตั้งเครื่องให้ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิตจนสามารถใช้งานได้ดี พร้อมทั้งปรับปรุงและทำความสะอาดที่ให้เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


๖.๑๓ บริษัทที่เสนอขายหรือบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย จะต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๖.๑๔ ผู้ขายจะต้องสาธิตแนะนำการใช้เครื่องและสอนวิธีการแก้ไขเบื้องต้น การบำรุงรักษาให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์ ให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนจนกว่าจะใช้งานได้ดี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๖.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ หรือลงหมายเลขข้อกำกับ ในแคดตาล็อก ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะข้อกำหนด

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นางวนิล คันธิวารณ์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวกัญญาณ์ พยัคฆ์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายอภิญญา สง่าเดช)