

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชื่อ SPRINT ปูน จำนวน ๔ รายการ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จะดำเนินการจัดซื้อ SPRINT ปูน จำนวน ๔ รายการ คุณสมบัติตามข้อกำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน (กล่อง)
๑	SPRINT ปูน ๓"	๔๐
๒	SPRINT ปูน ๔"	๖๐
๓	SPRINT ปูน ๔" ๑๕ ชั้น	๖๐
๔	SPRINT ปูน ๖"	๗๐

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการทำหัตถการภายนอกร่างกาย, สำหรับรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคล็ดและโรคทางกระดูกและข้อ และทำให้แผลปราศจากเชื้อ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เปลือกปูนชนิดเปลือก Slab สำเร็จรูปสำหรับรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคล็ดและโรคทางกระดูกและข้อ

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๑) เป็นสารผลึกยิบซั่ม (Calcium sulfate)

๒) ใช้งานโดยชุบน้ำที่อุณหภูมิห้องระยะเวลาแข็งตัวระหว่าง ๕ - ๑๐ นาที

๓) มีขนาดต่างๆ เพื่อสามารถใช้ได้กับทุกๆ ส่วนของร่างกาย ดังนี้

- เปลือกปูนพลาสติกสำเร็จรูป ขนาดความกว้าง ๓ นิ้ว เรียงกัน จำนวน ๑๐ ชั้น
- เปลือกปูนพลาสติกสำเร็จรูป ขนาดความกว้าง ๔ นิ้ว เรียงกัน จำนวน ๑๐ ชั้น
- เปลือกปูนพลาสติกสำเร็จรูป ขนาดความกว้าง ๔ นิ้ว เรียงกัน จำนวน ๑๕ ชั้น
- เปลือกปูนพลาสติกสำเร็จรูป ขนาดความกว้าง ๖ นิ้ว เรียงกัน จำนวน ๑๕ ชั้น

๔) Slab สำเร็จรูป มีลักษณะเป็นเปลือกพับทบห่อหุ้มด้วยผ้าหรือวัสดุคล้ายผ้าและมีด้านหนึ่งเป็นฟองน้ำบาง

๕) มีการยับบริเวณตรงกลางของสแลปยาวตลอดม้วน เพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของชั้นปูนขณะใส่สแลป

๖) บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแจ้งขนาดความกว้างและความยาว วันผลิตและวันหมดอายุ


(นายสนธิ หาญไฟฟ้า)


(นางภาวนา วงศ์พิงตน)


(นายอดิเรก บุญชม)

๕. เจือนใจ

- ๑) ทำให้ปราศจากเชื้อ
- ๒) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
- ๓) ซองบรรจุระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุ เลขที่ผลิตไว้ที่ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด และบนกล่องสินค้า
- ๔) ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันผลิต (วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ)
- ๕) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ (ISO) จากโรงงานผู้ผลิต, ISO ๑๓๔๘๕
- ๖) มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๗) ได้รับเครื่องหมาย อย. หรือ มอก. หรือมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก. (กรณีผลิตในประเทศ) และหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อื่นๆ (กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายสนธิ หาญไฟฟ้า)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางกวานา วงศ์พิงตน)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอดิเรก บุญชม)