

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นชุบน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ความต้องการ

แผ่นชุบน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ จำนวน ๒,๑๖๐ กระปุก

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เช็ดฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิว อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อม

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑ เป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว ที่สามารถทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ทำอันตรายต่อพื้นผิว และเป็นผ้าชุบน้ำยาที่ประกอบด้วยสารฆ่าเชื้อประเภทตั้งแต่ intermediate Level Disinfectant ขึ้นไป (ชนิดไม่มีแอลกอฮอล์)

๓.๒ ผ้าที่ใช้ไม่ทำให้เกิดขุยและไม่ทำให้ประสีทิอิภพของน้ำยาฆ่าเชื้อลดลง เป็นผ้า Non-woven และสามารถทำความสะอาดทั้งเชือแบบที่เรียกว่า วัลโคร แล้วไวนิลิกนิด (รวมทั้ง HIV, HBV, TB และ MRSA) โดยสามารถใช้ได้กับวัสดุทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น โลหะ พลาสติก ยาง ฯลฯ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ได้ดี

๓.๓ น้ำยาฆ่าเชื้อมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ๖.๕-๗.๕ ดังนั้น จึงไม่ก่อกร่อน เครื่องมือ และพื้นผิววัสดุ ไม่จุดติดไฟ ไม่มีส่วนประกอบของสารอัลเดียร์

๓.๔ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวนان และไม่มีกลิ่นที่ระคายเคืองและเป็นพิษต่อการสูดดมต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย และผู้ใช้งาน

๓.๕ ไม่ทำให้พื้นผิวและเครื่องมือเปรอะ และเป็นคราบเหลือง รวมทั้งไม่ทำให้ Organic Soil เช่น คราบเลือด คราบน้ำลาย เป็นต้น ยึดติดกับพื้นผิวแน่น ไม่มีสารตกค้าง หรือ high organic contamination และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวและทางเดินหายใจของผู้ใช้งาน

๓.๖ มีคุณสมบัติในการทำความสะอาด ปราศจากเชื้อ จำนวนเหมาะสมในการหยิบใช้แต่ละครั้ง และมีฉลากระบุเดือนปีที่ผลิต และเดือนปีที่หมดอายุขั้ดเงน

๓.๗ บรรจุในกระป่องสะอาด ปราศจากเชื้อ จำนวนเหมาะสมในการหยิบใช้แต่ละครั้ง และมีฉลากระบุเดือนปีที่ผลิต และเดือนปีที่หมดอายุขั้ดเงน

๓.๘ มีเอกสารแนบสินค้า เอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

๓.๙ บรรจุภัณฑ์เป็นแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน มีฝาปิดป้องกันน้ำยาระเหย คุณสมบัติคงตัวได้นานถึง ๓๖ เดือน บรรจุภัณฑ์ บรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แผ่น/กระปุก

๔. เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๑ โรงพยาบาลรับรองมาตราฐานสากล

๔.๒ บริษัทฯ มีสำเนาแสดงหลักฐาน มาตราฐานโรงพยาบาล หากเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าต้องมีเอกสารประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยได้แนบสำเนาดังกล่าวมาพร้อมกันและรับรองสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น

๔.๓ มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย

๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ จำนวน ๖ หน่วยบรรจุ ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะให้แล้วเสร็จ โดยใช้แบบประเมินผลการทดลองใช้สินค้า (ตามเอกสารแนบ)

(นางสาวไสวศิต บุญยะจารุ)

(นางสาวทิพวิไล ช่างสี)

(นางอภิญญา จินดารักษ์)

๔.๕ หลังจากการยื่นข้อเสนอในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ให้ส่งของตัวอย่างให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอวัยวูบเปศร จังหวัดปราจีนบุรี ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ ภายใน ๕ วัน

๔.๖ การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ

๔.๖.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องมีระยะเวลาคงเหลือและอายุการผลิตไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันที่ผลิต

๔.๖.๒ ระยะเวลาคงเหลือและหมวดอายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

๔.๖.๓ บริษัทยินดีเปลี่ยนคืนทุกราย หากผลิตภัณฑ์ชำรุด เสียหาย หรือมีอายุการใช้งานระยะปลอดเสื่อมน้อยกว่า ๖ เดือน หรือหมดอายุ

๔.๗ บริษัทฯ ยินยอมให้ยกเลิกสัญญา ก่อนครบกำหนด ในกรณีพับปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้งาน และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกราย

๔.๘ ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้ขายจะจัดหาสินค้าตามรายการด้านบนแก่ผู้ซื้อ ได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ประมาณการไว้ และผู้ซื้ออาจสั่งซื้อจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนประมาณการดังกล่าว

๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องได้รับคะแนนจากการประเมินไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน (กรณีผู้เสนอราคาได้รับคะแนนต่ำกว่า ๗๐ คะแนน คณะกรรมการจะไม่พิจารณาและไม่ให้ผ่านคุณสมบัติ)

.....
.....
(นางสาว索สกิต บุญยะจารุ)

.....
.....
(นางสาวทิพวิไล ช่างสี)

.....
.....
(นางอภิญญา จินดารักษ์)