

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดมอเตอร์โกศผิวหนังระบบแบตเตอรี่
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ความต้องการ

ชุดมอเตอร์โกศผิวหนังระบบแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับใช้ตัดลอกผิวหนังเพื่อปลูกถ่ายผิวหนัง

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นชุดมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ สำหรับโกศผิวหนัง ใช้ตัดผิวหนังในงาน ศัลยกรรม เพื่อนำไปปลูกทดแทน (Graft) ผิวหนังที่ขาดหายไป อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยเครื่องอบไอน้ำร้อนได้ โดยไม่เกิดความเสียหายตามมาตรฐานสากล ยกเว้น แบตเตอรี่

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ตัวเครื่องโกศผิวหนัง จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๑.๑ ขับเคลื่อนใบมีด ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ มีสวิตช์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ พร้อมกลไกล็อกไม่ให้มอเตอร์ทำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

๔.๑.๒ โครงของตัวเครื่อง (Housing) ทำจากไททานเนียม

๔.๑.๓ ระยะเวลาเคลื่อนที่ของใบมีดไม่ต่ำกว่า ๓ ม.ม. สามารถใส่-ถอดใบมีดได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ ช่วย

๔.๑.๔ สามารถปรับตั้งความกว้างของผิวหนังที่ต้องการตัดได้กว้างที่สุด ๗๘ ม.ม.

(แผ่นปิดถูกยกขึ้นทั้งหมด = ๗๘ ม.ม.)

๔.๑.๕ สามารถปรับตั้งให้ตัดผิวหนังได้หนาตั้งแต่ ๐.๒ - ๑.๒ ม.ม.

๔.๒ ฝาปิดกันมอเตอร์ จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๓ แบตเตอรี่ชนิดนิเกิลเมทัลไฮไดรด์ ขนาดความจุไฟฟ้า ๑,๐๕๐ มิลลิแอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ชิ้น

๔.๔ อุปกรณ์ต่อช่องใส่แบตเตอรี่ เพื่อให้การใส่แบตเตอรี่ทำได้ง่ายสะดวก โดยไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนจากการใส่แบตเตอรี่ ในขณะที่ใช้งาน จำนวน ๑ ชิ้น

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ ใบมีดตัดผิวหนัง (บรรจุกล่องละ ๑๐ ชิ้น) จำนวน ๑ กล่อง

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา

๖.๒ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตที่ใดมาก่อน


๖.๓ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบสินค้า โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น


๖.๔ บริษัทต้องมีใบรับรองการมีช่างซึ่งได้รับการอบรมจากโรงงานผู้ผลิต


๖.๕ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๑ ชุด ในวันส่งมอบ

๖.๖ บริษัทต้องส่งผู้ชำนาญการมาแนะนำการใช้งานเครื่อง จนกว่าแพทย์และเจ้าหน้าที่จะสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

๖.๗ ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ และลงหมายเลขข้อกำหนด ในแคตตาล็อก ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะข้อกำหนด


(นางภัทรพร ใจฉลาด)


(นางอรุณ อันทกุล)


(นางปริยานุช เข็มทอง)