

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
SUCTION BAG DISPOSABLE จำนวน ๒ รายการ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ความต้องการ

SUCTION BAG DISPOSABLE จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|-------|------------------------------|-------------|
| ๑ | SUCTION BAG DISPOSABLE ๑.๕ L | ๑๐,๔๐๐ ชิ้น |
| ๒ | SUCTION BAG DISPOSABLE ๓.๐ L | ๒,๘๐๐ ชิ้น |

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑. ขีดความสามารถและสมรรถนะ

๓.๑.๑ เป็นถุงทำจากโพลีเอทิลีน (Polyethylene) มีลักษณะเป็นพลาสติกใส ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ เป็นแบบชนิดใช้แล้วทิ้งสามารถใช้ได้จนเต็ม

๓.๑.๒ ถุงมีความยืดหยุ่น เมื่อสารคัดหลั่งเต็มถุง ไม่รั่วไม่แตก ตัวถุงมีฝาปิดสนิทพอดี ไม่รั่วไหล สามารถจับเก็บและทิ้งได้โดยไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

๓.๑.๓ ภายในถุงมี Bacteria Filter สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียได้อย่างน้อย ๙๕% กลไกป้องกันการล้น (Automatic shut off valve) สามารถทำงานได้สมบูรณ์ทุกสภาพความชื้น ไม่เกิดปัญหาเรื่องวาล์วตัดการ ทำงานก่อนกำหนดและมีระบบป้องกันไม่ให้อาหารคัดหลั่งล้นไปในระบบ Vacuum Pipe line ของโรงพยาบาล

๓.๑.๔ มีระบบ One way valve ป้องกันการไหลย้อนกลับของสารคัดหลั่ง

๓.๑.๕ ฝาทำจาก Polyethylene มีความแข็งแรงไม่แตกง่าย

๓.๑.๖ ฝาและภาชนะหรือตัวถุงประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน

๓.๑.๗ ครอบอกด้านนอกมีระบบ เปิด-ปิด มีหน่วยวัดซึ่งบอกปริมาตรของสารคัดหลั่งที่ดูดจากผู้ป่วย โดยมีตัวเลขบอกปริมาตรที่ ๑๐๐ ml. และมีเครื่องหมายบอกปริมาตรทุก ๕๐ ml.

๓.๑.๘ มีแผ่นกรองแบคทีเรียเป็นชนิด Hydrophobic filter มีขนาดในการกรองไม่มากกว่า ๐.๒๐ ไมครอน และมีประสิทธิภาพ

๓.๒ ความปลอดภัย

๓.๒.๑ ครอบอกด้านในมีระบบป้องกันการล้นของสารคัดหลั่งเข้าระบบ Pipe Line ของโรงพยาบาล (Automatic shut off valve) เมื่อมีเลือดหรือสารคัดหลั่งเต็มภาชนะ

๓.๒.๒ ครอบอกด้านในมีความยืดหยุ่นสูง เมื่อสารคัดหลั่งเต็มถุงไม่รั่วหรือแตก สามารถทนต่อแรงกระแทกเมื่อตกลงพื้น

๓.๒.๓ ผลิตภัณฑ์ได้รับใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖

๓.๓ ความคงทนและทนทานต่อการใช้งาน

๓.๓.๑ ครอบอกด้านในมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อสารคัดหลั่งเต็มถุงไม่รั่วหรือแตก

(นางกรรณิการ์ เมลธิทอง)

(นางวิริยดา พงษ์พรม)

(นางภัทราพร ใจฉลาด)

๓.๔ ความง่ายในการใช้งานและบำรุงรักษา

๓.๔.๑ ใช้งานเพียงนำฝาถุงมาสวมลงกระบอก Canister

๓.๔.๒ สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง

๓.๕ บริษัทยินดีรับประกันสินค้าตลอดอายุสัญญา

๔. เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๑ บริษัทฯ ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้งาน และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

๔.๒ ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้ขายจะจัดหาสินค้าตามรายการด้านบนแก่ผู้ซื้อ ได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ประมาณการไว้ แต่ผู้ซื้ออาจสั่งซื้อจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนประมาณการดังกล่าวก็ได้



.....
(นางกรรณิการ์ เมลิตทอง)



.....
(นางวิรัชดา พงษ์พรม)



.....
(นางภัทรพร ใจฉลาด)