

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ชุดผ่าตัดน้ำร้อนลูกตาทางส่วนหลัง (TOTAL PLUS PAK)  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

**๑. ความต้องการ**

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะดำเนินการ ซื้อชุดผ่าตัดน้ำร้อนลูกตาทางส่วนหลัง (TOTAL PLUS PAK) จำนวน ๓๓๐ ชิ้น คุณสมบัติตามข้อกำหนด

**๒. วัสดุประสงค์การใช้งาน**

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ผ่าตัดต้อกระจากทางส่วนหน้า และวุ้นลูกตาทางส่วนหัวตัดชนิด ๒๓ G สำหรับใช้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

**๓. คุณลักษณะเฉพาะ**


คุณลักษณะเฉพาะ ๑ Pak ประกอบด้วย

๑. Cassette/tubing manifold Utility (ตัวบรรจุน้ำออกจากตา) ๑ ชิ้น
๒. สายดูดของเหลวจากตา ( extrusion line ) ๑ เส้น
๓. สายใยแก้วนำแสง ( fiber optic illuminator ) ๑ เส้น
๔. สายนำของเหลวเข้าสู่ตา (infusion cannula) ขนาด ๔ mm ๑ เส้น
๕. ใบมีด Trocar blade พร้อม Valved Cannula ขนาด ๒๓G ๓ ชิ้น
๖. ชุดสายน้ำเกลือ ๑ ชุด
๗. แผ่นพลาสติกประปาจากเชือสำหรับคลุมหน้าจอเครื่อง ๑ ชิ้น
๘. ๓-way stopcock ๑ ชิ้น
๙. กระบอกฉีดยาขนาด ๒๐ cc ๑ อัน
๑๐. หัวตัด Ultravit ๗๕๐๐ cut ๑ ชิ้น


อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

**๔. เงื่อนไขอื่นๆ**

๑. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับใบอนุญาตผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
๓. เมื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯ ยินดีให้แลกเปลี่ยนได้ ก่อนการหมดอายุ
๔. สินค้าที่ส่งมอบต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ

  
(นางกิตติพร ใจฉลาด)

  
(นางวิจิตรา นาคพงษ์)

  
(นางสาวมนิกา สุตประเสริฐ)