

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
SUCTION SET CLOSE SYSTEM CH.๑๔
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ความต้องการ

SUCTION SET CLOSE SYSTEM CH.๑๔ จำนวน ๓,๑๐๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ดูดเสมหะให้ผู้ป่วยที่ใส่ห่อช่วยหายใจ (Endotracheal Tube หรือ Tracheostomy Tube) เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากภายนอกสู่ผู้ป่วย และจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ถูกรบกวนจากการดูดเสมหะในระหว่างการช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ สายดูดเสมหะระบบปิด ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ สามารถเปิดใช้งานได้ทันที

๓.๒ สามารถเลือกขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของ E T Tube

๓.๓ บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกที่มีความเนียนยิ่งและยึดหยุ่น ไม่ฉีกขาดขณะใช้งานอยู่

๓.๔ มีช่องทางสำหรับฉีดน้ำสะอาดจากเชื้อ เข้าไปล้างสาย Suction ได้ในกรณีที่เสมหะเหนียว

๔. คุณลักษณะเฉพาะเฉพาะ

๔.๑ สายดูดเสมหะระบบปิด มีหลายขนาดพร้อมระบุเบอร์ที่ของบรรจุอย่างชัดเจน เพื่อให้หยิบใช้ได้ง่าย

๔.๒ มีข้อต่อด้านขาเข้าเป็นข้อต่อ ๔ ทาง ประกอบด้วย

- ข้อต่อด้านตรงสำหรับต่อห่อช่วยหายใจสามารถได้พอดีกับข้อต่อขนาดมาตรฐานทางการแพทย์

- ข้อต่อด้านข้างสำหรับสวมเข้ากับ Breathing Circuit ของเครื่องช่วยหายใจ และสามารถปรับทิศทางหมุนได้ ๓๖๐ องศา เพื่อสอดคล้องกับการจัดท่าผู้ป่วย

- บริเวณข้อต่อมีช่องหยด NSS (Normal Saline Solution) ให้ผู้ป่วยกรณีที่มีเสมหะเหนียวมากพร้อมช่องล้างสาย Suction ในกรณีที่มีเสมหะค้างอยู่ในสาย แบบ One Way Valve ที่จะเปิด-ปิดอัตโนมัติ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันน้ำไหลย้อนกลับขึ้นไปขณะล้างสาย


- บริเวณข้อต่อมีสายอุปกรณ์สำหรับพ่นยาแบบ MDI เพื่อพ่นยาให้แต่ผู้ป่วยและไม่เกิดการฟุ้งกระจายไปเป็นภัยในอากาศ


๔.๓ มีสายสำหรับดูด (Suction) ที่ปลายสายสำหรับดูดมีรูทั้งหมด ๓ รู คือ ด้านข้าง ๒ รู ตำแหน่งไม่ตรกันและปลายสาย ๑ รู เพื่อป้องกันสายดูดเสมหะอุดตัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดเสมหะ


๔.๔ สายดูดเสมหะระบบปิด ต้องนุ่มทำด้วยวัสดุ High Density Polyvinyl chloride Medical grade ลักษณะใส มีความอ่อนนุ่ม ไม่ระคายเคืองต่อผนังหลอดลม

๔.๕ ความยาวของสายดูดเสมหะ จากปลายสายจนถึงข้อต่อของส่วนควบคุมการปิด - เปิด มีความหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่ใส่ห่อช่วยหายใจทุกแบบ รวมถึงห่อช่วยหายใจทาง (Tracheostomy tube) และมี Scale แบ่งเป็นเซนติเมตรทุกๆ ระยะ ๑ เซนติเมตร ให้สังเกตได้ชัด เพื่อให้บุคลากรสังเกตดูความลึกของสายดูดเสมหะระบบปิดได้อย่างสะดวก

๔.๖ มีเส้นทึบงบบอกระยะในการเก็บสายเมื่อใช้งานในแต่ละครั้งเสร็จอย่างน้อย ๑ ตำแหน่ง

.....

(นางสาวเรวดี อานุภาพศรีราดา)

.....

(นางสาวศศลักษณ์ ศรีตระเวร)

.....

(นางรุจิรา จำคง)

๔.๗ สายดูดเสมหระบบปิด ถูกหุ้มและบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกหนาแน่น นิ่มและทนทาน โดยที่ปลายถุงส่วนหนึ่งจะติดผลึกกับข้อต่อด้านบน ส่วนปลายอีกด้านนั้นผลึกติดกับส่วนควบคุมการดูดเสมห ตัวถุงนั้นผลิตจาก PVC หรือ TPU ชนิด Medical grade เพื่อป้องกันการฉีกขาด สามารถเห็นสายและลักษณะเสมอๆดูด อีกทั้งมีความยืดหยุ่น ปรับหดตามระยะสายดูดเสมหที่สอดผ่านห่อช่วยหายใจได้

๔.๘ ปุ่มกด Suction (Control Valve) นั้นจะทำงานโดยการกดปุ่มเพื่อต้องการดูดเสมห และดึงสายดูดเสมหไปพร้อมๆ กัน และสิ้นสุดการดูดเสมหให้ปล่อย Control Valve

๔.๙ ปุ่มกด Suction มีสัญลักษณ์ตัวล็อกเพื่อแสดงว่าสามารถหมุนล็อก ๑๘๐ องศาได้ เพื่อทำการล็อกสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ผู้ป่วยไปกดทับ ขณะไม่ได้ใช้งาน

๔.๑๐ ข้อต่อที่เชื่อมต่อกับ Pipe line เป็นข้อต่อตัวหนองสำหรับต่อเข้ากับห่อดูดเสมหด้วยลม (Connecting tube) พร้อมฝาปิดที่เชื่อมติดกับตัวปุ่มกด Suction ป้องกันการหลุด หรือหล่นหาย

๔.๑๑ อุปกรณ์ประกอบสาย Closed Suction ตลอดทั้งสายเป็นระบบปิดไม่สามารถปลดส่วนต่างๆ ออกจากกันได้

๔.๑๒ มีสติ๊กเกอร์ เพื่อบ่งบอกวันหมดอายุของสายดูดเสมห ระบบปิด เมื่อทำการเปิดใช้งานแล้ว

๔.๑๓ บรรจุในซองแบบ Peel Pouch ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย EO gas เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ทันที และบริเวณซองบรรจุภัณฑ์ต้องระบุ ขนาด , รหัสของการผลิต (Lot No.) , วันที่ผลิต และวันหมดอายุ ง่ายต่อการตรวจสอบ

๔.๑๔ ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล GMP / ISO ๑๓๔๘๕ และ CE Mark รวมไปถึงได้รับใบอนุญาตในการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

๔.๑๕ บรรจุหีบห่อ ๑ ชิ้น/ซอง

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิต

๕.๒ ผลการประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์ต้องได้มากกว่าร้อยละ ๗๐

๕.๓ บริษัทฯ ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาภัยก่อนครบกำหนด ในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้งาน และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกราย

๕.๔ ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้ขายจะจัดหาสินค้าตามรายการด้านบนแก่ผู้ซื้อ ได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ประมาณการไว้ แต่ผู้ซื้ออาจสั่งซื้อจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนประมาณการดังกล่าวก็ได้

.....
(นางสาวเรวดี อาณุภาพศรีราดา)

.....
(นางสาวศศลักษณ์ ศรีตระเวร)

.....
(นางรุจิรา จำคง)