

ขอบเขตของงาน ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
สำหรับประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 16 เครื่อง
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

.....

1. ความเป็นมา

1.1 ด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จะดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 16 เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2568 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	หมายเลขเครื่อง	หมายเลขครุภัณฑ์
1	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	180723074692	6515-003-4304-61-006
2	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	180723074726	6515-003-4304-61-002
3	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	180723074759	6515-003-4304-61-008
4	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	180723074705	6515-003-4304-61-005
5	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	180718074586	6515-003-4304-61-003
6	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	180723074690	6515-003-4304-61-009
7	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	180723074727	6515-003-4304-61-004
8	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	180723074764	6515-003-4304-61-010
9	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	200521133125	6515-003-4304-63-020
10	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	191010103640	6515-003-4304-63-016
11	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	190725098180	6515-003-4304-63-013
12	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	190725098171	6515-003-4304-63-014
13	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	210417257535	6515-003-4304-64-037
14	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	190828100842	6515-003-4304-62-012
15	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	201222237450	6515-003-4304-64-036
16	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	210416257348	6515-003-4304-64-045

1.2 ราคากลาง จำนวน 1,512,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

เนื่องจากเครื่องเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เครื่องมีการทำงานที่ผิดปกติ ขึ้นไฟเตือน และเครื่องไม่สามารถทำความร้อนได้ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 16 เครื่อง ดังกล่าว เพื่อให้เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง สามารถใช้งานได้ตามปกติ และให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

.....
(นางสาวชลาลัย คล้ายพิมพ์)

.....
(นางสาวสุจิตราภรณ์ พิมพ์โพธิ์)

.....
(นายอภิรักษ์ สง่าเดช)

3. รายละเอียดการซ่อม

3.1 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง หมายเลขเครื่อง 180723074692, 180723074726, 180723074759, 180723074705, 180718074586, 180723074690, 180723074727 และ 180723074764 โดยเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้

- 3.1.1 Pcb Control Assy จำนวน 1 ชุด/เครื่อง
- 3.1.2 Power Supply จำนวน 1 ชุด/เครื่อง
- 3.1.3 lcd display จำนวน 1 ชิ้น/เครื่อง
- 3.1.4 Oxygen analyzer จำนวน 1 ชิ้น/เครื่อง
- 3.1.5 Calibration Flow O2 และการอ่านค่าอุณหภูมิ จำนวน 1 ครั้ง/เครื่อง

3.2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง หมายเลขเครื่อง 200521133125, 191010103640, 190725098180 และ 190725098171 โดยเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้

- 3.2.1 Pcb Control Assy จำนวน 1 ชุด/เครื่อง
- 3.2.2 Power Supply จำนวน 1 ชุด/เครื่อง
- 3.2.3 lcd display จำนวน 1 ชิ้น/เครื่อง
- 3.2.4 Calibration การอ่านค่าอุณหภูมิ จำนวน 1 ครั้ง/เครื่อง

3.3 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง หมายเลขเครื่อง 210417257535, 190828100842, 201222237450 และ 210416257348 โดยเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้

- 3.3.1 Pcb Control Assy จำนวน 1 ชุด/เครื่อง
- 3.3.2 Power Supply จำนวน 1 ชุด/เครื่อง
- 3.3.3 Calibration การอ่านค่าอุณหภูมิ จำนวน 1 ครั้ง/เครื่อง

4. กำหนดเวลาให้งานแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาให้งานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร/ราคากลาง

- 5.1 เงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 1,512,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- 5.2 ราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,512,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)


6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคา

7. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวและผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว


.....
(นางสาวชลาลัย คล้ายพิมพ์)


.....
(นางสาวสุจิตราภรณ์ พิมพ์โพธิ์)


.....
(นายอนันต์ สง่าเดช)


8. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

9. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นางสาวชลาลัย คล้ายพิมพ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสุจิตราภรณ์ พิมพ์โพธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอภิรักษ์ สง่าเดช)
นายช่างเทคนิค

อนุมัติ



(นางชนิดา สุมสุรจันน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี