

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
สำหรับประกวดราคาซื้อ ถู่มือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแปรง จำนวน ๕ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

1. ความเป็นมา

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะดำเนินการจัดซื้อถู่มือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแปรง จำนวน 5 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ดังนี้

- | | |
|--|-----------------|
| 1.1 ถู่มือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแปรง เบอร์ 6 | จำนวน 304 กล่อง |
| 1.2 ถู่มือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแปรง เบอร์ 6.5 | จำนวน 200 กล่อง |
| 1.3 ถู่มือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแปรง เบอร์ 7 | จำนวน 463 กล่อง |
| 1.4 ถู่มือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแปรง เบอร์ 7.5 | จำนวน 150 กล่อง |
| 1.5 ถู่มือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแปรง เบอร์ 8 | จำนวน 30 กล่อง |

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการทำหัตถการ และปราศจากเชื้อ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุสำหรับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้

3.9 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

.....
(นางภัทราพร ใจฉลาด)

.....
(นางกนกวรรณ มิ่งไทยสงค์)

.....
(นายสมัย โกสุมภ์)

3.10 กิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

4.1 ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติไม่มีแป้นเคลือบภายในและภายนอกถุงมือ

4.2 ถุงมือแต่ละข้างมีเครื่องหมายระบุขนาดและระบุว่าเป็นข้างซ้าย (L) หรือข้างขวา (R) ให้เห็นชัดเจนตามมาตรฐานสากล และไม่หลุดลอกเวลาใช้งาน


4.3 ถุงมือทุกคู่มีสถิตะสมใส่กับมือได้โดยกระชับไม่ลื่นหลุดง่าย และให้ความรู้สึกในการสัมผัสอวัยวะได้ดี ความยาวของถุงมือไม่น้อยกว่า 280 มิลลิเมตร สามารถสวมลงถึงง่ามมือได้พอดี


4.4 ความหนาอยู่ระหว่าง 0.18-0.25 มิลลิเมตร


4.5 ถุงมือบรรจุในซองเดียว ซองละ 1 คู่ ลักษณะนิ้วของถุงมืออยู่ในท่าเหยียดนิ้ว และผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อมาแล้ว

4.6 เนื้อยางโปร่งแสง มีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน

4.7 ถุงมือทุกข้างต้องไม่มีรูรั่ว และปราศจากรอยตำหนิที่อาจกระทบต่อคุณภาพ เช่น ฟองอากาศ หรือสิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง


(นางภัทราพร ใจฉลาด)


(นางกนกวรรณ มิ่งไทยสงค์)


(นายสมัย โกศลมัย)

4.8 ถุงมือต้องไม่มีสารก่อให้เกิดการแพ้ (Hypoallergenic) และต้องผ่านกระบวนการลดปริมาณโปรตีนที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ (Low Protein)

4.9 ผ่านการทดสอบรูรั่วตามมาตรฐาน ASTM D 3577 หรือ AQL ที่ 0.65 หรือต่ำกว่าเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

4.10 ผิวด้านนอกออกแบบให้มีความสากเพื่อใช้หยิบจับอวัยวะ หรือเครื่องมือผ่าตัดที่เปียกได้โดยไม่ลื่นหลุดง่ายในขณะเปียก

4.11 บรรจุในกล่อง กล่องละไม่น้อยกว่า 50 คู่ มีฉลากแสดงชื่อ ประเภท ขนาดของถุงมือ ตรายี่ห้อ สินค้า ชื่อผู้ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ หน้ากล่อง บรรจุภัณฑ์ และ ช่องที่บรรจุอยู่ในสภาพดี ทุกกล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่มิดชิด

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุในวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราว ภายใน 15 วัน ในวันและเวลาทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร/ราคากลาง

- วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเงิน 745,550.00 บาท

- ราคากลาง 745,550.00 บาท

8. งวดงานและการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินค่าพัสดุซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ให้แก่ผู้ขายโดยจะจ่ายเป็นครั้งๆ ตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าวและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว

9. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ตรวจรับพัสดุไว้ ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว หากพบข้อบกพร่องหรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ขายต้องรับผิดชอบเปลี่ยนสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความบกพร่อง

11. เงื่อนไขเฉพาะ

11.1 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือจากผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต

11.2 ต้องมีเอกสารรับรองว่าผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน มอก.538:2560 หรือ ISO 111137 หรือ ASTM D 5712:2010 และตรวจสอบค่าตกค้างจาก Ethylene Oxide (EO) ไม่เกินค่าที่กำหนด

.....
(นางภัทราพร ใจฉลาด)

.....
(นางกนกวรรณ มิ่งไทยสงค์)

.....
(นายสมัย โกสุมภ์)

11.3 ต้องมีเอกสารแสดงผลการผ่าน การตรวจสอบรูรั่วตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (Acceptable Quality Level AQL ที่ 0.65) (Before packing) และ AQL ไม่มากกว่า หรือเท่ากับ 1.0 (After packing)

11.4 ต้องมีเอกสารแสดงผลการผ่านมาตรฐาน ASTM D 3577 เรื่องการทดสอบมาตรฐานถุงมือยาง

11.5 โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 13485 หรือ CE หรือ EC Certificate

11.6 ต้องมีรายงานผลทดสอบถุงมือปราศจากเชื้อแบบไม่มีแบ่ง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

11.7 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุกล็อต กรณีพบว่าสินค้าล็อตใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหาที่จ่ายออกไป

11.8 การแลกเปลี่ยนต้องให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หากไม่รับแลกเปลี่ยน หรือ แลกเปลี่ยนแล้วยังมีปัญหา โรงพยาบาลสงวนสิทธิยกเลิกสัญญาได้

11.9 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า

11.10 ตัวอย่างถุงมือปราศจากเชื้อแบบไม่มีแบ่ง

- ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ต้องส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างถุงมือปราศจากเชื้อแบบไม่มีแบ่งให้โรงพยาบาล ทดลองใช้ อย่างละ 50 คู่ เพื่อใช้ในการตรวจ/ทดลอง และประกอบการพิจารณา หากไม่ส่งตัวอย่างมาให้ตรวจ/ทดลองใช้ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคานั้น

- คณะกรรมการฯ จะเก็บตัวอย่างถุงมือปราศจากเชื้อแบบไม่มีแบ่งของผู้ที่เสนอราคาทุกรายไว้โดยไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

11.11 ต้องผ่านการประเมินผลการใช้งานจากหน่วยงานที่ใช้พัสดุของโรงพยาบาลและต้องมีผลประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

11.12 ผู้เสนอราคาต้องเสนอแคตตาล็อกและเอกสารที่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางภัทราพร ใจฉลาด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางกนกวรรณ มิ่งไทยสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมัย โกสุมภ์)

**แบบประเมินความพึงพอใจ ในการทดลองใช้
ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง เบอร์ 6**

หน่วยงาน/ผู้ประเมิน.....

ลำดับที่	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน			
		ดีมาก = 3 คะแนน	ปานกลาง = 2 คะแนน	พอใช้ = 1 คะแนน	ไม่พอใจ = 0 คะแนน
1.	ความกระชับและพอดีกับมือ				
2.	ความยืดหยุ่นและความทนทาน				
3.	ความหนาเหมาะสม				
4.	ความยาวเพียงพอ (≥ 280 มม.)				
5.	พื้นผิวมีความสากช่วยให้จับเครื่องมือได้ดี				
6.	ไม่มีริ้วหรือรอยตำหนิ				
7.	มีความสามารถในการป้องกันการปนเปื้อน				
8.	ไม่มีอาการแพ้หรือระคายเคืองผิวหนัง				
9.	ความคงทนในการใช้งานจริง				

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....

ผู้ประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ในการทดลองใช้
ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแบ่ง เบอร์ 6.5

หน่วยงาน/ผู้ประเมิน.....

ลำดับที่	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน			
		ดีมาก = 3 คะแนน	ปานกลาง = 2 คะแนน	พอใช้ = 1 คะแนน	ไม่พอใจ = 0 คะแนน
1.	ความกระชับและพอดีกับมือ				
2.	ความยืดหยุ่นและความทนทาน				
3.	ความหนาเหมาะสม				
4.	ความยาวเพียงพอ (≥ 280 มม.)				
5.	พื้นผิวมีความสากช่วยให้จับเครื่องมือได้ดี				
6.	ไม่มีรูรั่วหรือรอยตำหนิ				
7.	มีความสามารถในการป้องกันการปนเปื้อน				
8.	ไม่มีอาการแพ้หรือระคายเคืองผิวหนัง				
9.	ความคงทนในการใช้งานจริง				

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....

ผู้ประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ในการทดลองใช้
ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง เบอร์ 7

หน่วยงาน/ผู้ประเมิน.....

ลำดับที่	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน			
		ดีมาก = 3 คะแนน	ปานกลาง = 2 คะแนน	พอใช้ = 1 คะแนน	ไม่พอใจ = 0 คะแนน
1.	ความกระชับและพอดีกับมือ				
2.	ความยืดหยุ่นและความทนทาน				
3.	ความหนาเหมาะสม				
4.	ความยาวเพียงพอ (≥ 280 มม.)				
5.	พื้นผิวมีความสากช่วยให้จับเครื่องมือได้ดี				
6.	ไม่มีริ้วหรือรอยตำหนิ				
7.	มีความสามารถในการป้องกันการปนเปื้อน				
8.	ไม่มีอาการแพ้หรือระคายเคืองผิวหนัง				
9.	ความคงทนในการใช้งานจริง				

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

ผู้ประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ในการทดลองใช้
ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแบ่ง เบอร์ 7.5

หน่วยงาน/ผู้ประเมิน.....

ลำดับที่	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน			
		ดีมาก = 3 คะแนน	ปานกลาง = 2 คะแนน	พอใช้ = 1 คะแนน	ไม่พอใจ = 0 คะแนน
1.	ความกระชับและพอดีกับมือ				
2.	ความยืดหยุ่นและความทนทาน				
3.	ความหนาเหมาะสม				
4.	ความยาวเพียงพอ (≥ 280 มม.)				
5.	พื้นผิวมีความสากช่วยให้จับเครื่องมือได้ดี				
6.	ไม่มีรูรั่วหรือรอยตำหนิ				
7.	มีความสามารถในการป้องกันการปนเปื้อน				
8.	ไม่มีอาการแพ้หรือระคายเคืองผิวหนัง				
9.	ความคงทนในการใช้งานจริง				

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....

ผู้ประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ในการทดลองใช้
ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแบ่ง เบอร์ 8

หน่วยงาน/ผู้ประเมิน.....

ลำดับที่	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน			
		ดีมาก = 3 คะแนน	ปานกลาง = 2 คะแนน	พอใช้ = 1 คะแนน	ไม่พอใจ = 0 คะแนน
1.	ความกระชับและพอดีกับมือ				
2.	ความยืดหยุ่นและความทนทาน				
3.	ความหนาเหมาะสม				
4.	ความยาวเพียงพอ (≥ 280 มม.)				
5.	พื้นผิวมีความสากช่วยให้จับเครื่องมือได้ดี				
6.	ไม่มีริ้วหรือรอยตำหนิ				
7.	มีความสามารถในการป้องกันการปนเปื้อน				
8.	ไม่มีอาการแพ้หรือระคายเคืองผิวหนัง				
9.	ความคงทนในการใช้งานจริง				

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....

ผู้ประเมิน