

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

ชื่อ GAUZE จำนวน ๙ รายการ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

๑. ความเป็นมา

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะดำเนินการจัดซื้อ GAUZE จำนวน ๙ รายการ คุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการทำหัตถการภายนอกร่างกาย, และทำให้แผลปราศจากเชื้อ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ เป็นผู้มิอาจชี้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้บุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบ ของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และไม่มีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้


๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ใช้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการทำสัญญากับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับ รายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญาฯ กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรายรับ รายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญาฯ กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญาฯ กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

..... อภิศิ คุปตจิต
(นางอภิศิ คุปตจิต)

..... 
(นางแสงสม เพิ่มพูล)

..... นววิวรรณ เทพศาสตรา
(นางสาวนววิวรรณ เทพศาสตรา)

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) GAUZE ๒"x๒" STERILE ๕๐ ซอง/Pack จำนวน ๑,๗๗๐ ซิน
(๒) GAUZE ๓"x๔" STERILE ๒๐ ซอง/Pack จำนวน ๑๐,๒๑๕ ซิน

คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นผ้าโปร่งที่พับทบกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยซ้อนริมผ้าไว้ด้านในและเป็นผ้าผืนเดียวกัน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑) ขนาด กว้าง x ยาว : ๒"x๒"

๒) ความหนา ๘ ชั้น

๓) ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๕

๔) จำนวนเส้นด้ายยืนอย่างน้อย ๒๐ เส้น และเส้นด้ายพุ่ง อย่างน้อย ๑๖ เส้น ต่อตารางนิ้ว

๕) ผ้าก๊อสมทำจากเส้นด้ายฝ้าย ๑๐๐% ขาวสะอาด ปราศจากสารเรืองแสง ไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ

๖) แต่ละชั้นมีขนาดเท่าๆ กัน ไม่เย็บริม ไม่ปรากฏริมผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย โดยซ้อนริมผ้าไว้ด้านใน

๗) สามารถดูดซับของเหลวได้ดี

๘) บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) ซองละ ๕ ชั้น

๙) ซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (Medical Grade) พลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ ๑ ด้าน มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้

เงื่อนไข

๑) มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้

- วัสดุที่บรรจุและจำนวน
- ขนาด
- วิธีการ Sterilization
- วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต
- วันหมดอายุ
- มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว

๒) ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene Oxide ภายใต้มาตรฐาน ISO และ EN

๓) มีการแสดงรายละเอียดการทำ Sterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene Oxide) และ ECH (Ethylene Chlorohydrin)

๔) มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา

- (๓) GAUZE ๓"x๔" พับ จำนวน ๑,๕๓๑ ซิน

คุณลักษณะทั่วไป

- ลักษณะทั่วไป ผ้าโปร่งที่พับทบกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยซ้อนริมผ้าไว้ด้านใน และเป็นผ้าผืนเดียวกัน

.....
อธิบดี อุปตจิ
(นางอภิรดี คุปตจิต)

.....
(นางแสงสม เพิ่มพูล)

.....
วิจิตรชน เทพศาสตร์
(นางสาวฉวีวรรณ เทพศาสตร์)

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดกว้างxยาว ๓"x๔"
๒. ความหนา ๘ ชั้น
๓. ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ชนิดเบอร์ ๕
๔. จำนวน เส้นด้ายยืนอย่างน้อย ๒๐ เส้น และเส้นด้ายพุ่งอย่างน้อย ๑๖ เส้นต่อตารางนิ้ว
๕. ผ้าก๊อสมทำจากเส้นด้ายฝ้าย ๑๐๐ % ขาวสะอาดปราศจากสารเรืองแสง ไม่มีปุม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ
๖. แต่ละชั้นมีขนาดเท่าๆกัน ไม่เย็บริม ไม่ปรากฏริมน้ำหรือเส้นได้หลุดลุ่ย โดยซ้อนริมผ้าไว้ด้านใน
๗. สามารถดูดซับของเหลวได้ดี
๘. บรรจุในถุงพลาสติกกันน้ำ ปิดสนิท จำนวน ๑๐๐ ชั้น
๙. ของปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (Medical Grade) พลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ ๑ ด้าน มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในช่องได้

เงื่อนไข

- ๑) มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุและจำนวน
 - ขนาด
 - วิธีการ Sterilization
 - วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต
 - วันหมดอายุ
 - มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว
- ๒) ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene Oxide ภายใต้มาตรฐาน ISO และ EN
- ๓) มีการแสดงรายละเอียดการทำ Sterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene Oxide) และ ECH (Ethylene Chlorohydrin)
- ๔) มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดเชื้อ จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา

(๔) GAUZE พันแผล ๔"x๖" YD จำนวน ๑,๑๑๓ ชั้น

คุณลักษณะทั่วไป

- ลักษณะทั่วไป เป็นผ้าโปร่งผืนเดียวกันตลอด มีความกว้างและความยาวตามกำหนด ริมผ้าไม่ลู่และม้วนไว่นั่น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดกว้าง ๔"
๒. ความยาว ๖ หลา
๒. จำนวน เส้นด้ายยืนอย่างน้อย ๒๐ เส้น และเส้นด้ายพุ่งอย่างน้อย ๑๖ เส้นต่อตารางนิ้ว
๓. ผ้าก๊อสมทำจากเส้นด้ายฝ้าย ๑๐๐% ขาวสะอาด ปราศจากสารเรืองแสง ไม่มีปุม ไม่มีขาด ไม่มีรอยต่อ
๔. สามารถดูดซับของเหลวได้ดี
๕. ขนาดบรรจุ ถุงละ ๑๒ ม้วน
๖. ของปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (Medical Grade) พลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ ๑ ด้าน มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในช่องได้

.....
๑๖๖๕๑๗๓๖
(นางอภริณี คุปตจิต)

.....
.....
(นางแสงสม เพิ่มพูล)

.....
.....
(นางสาวฉวีวรรณ เทพศาสตร์)

เงื่อนไข

- ๑) มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุและจำนวน
 - ขนาด
 - วิธีการ Sterilization
 - วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต
 - วันหมดอายุ
 - มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว
- ๒) ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene Oxide ภายใต้มาตรฐาน ISO และ EN
- ๓) มีการแสดงรายละเอียดการทำ Sterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene Oxide) และ ECH (Ethylene Chlorohydrin)
- ๔) มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดเชื้อ จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา

(๕) GAUZE ๔"x๔" X-RAY LINE ๗๕ Pack/กล่อง จำนวน ๑,๒๗๕ ชั้น

คุณลักษณะทั่วไป

- ผ้าโปร่งที่พับทบกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยซ้อนริมผ้าไว้ด้านในและเป็นผ้าผืนเดียวกัน

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑) ขนาด กว้าง x ยาว : ๔" x ๔"
- ๒) ความหนา : ๑๒ ชั้น
- ๓) ขนาดก่อนพับ กว้าง x ยาว โดยประมาณ ๑๓" x ๑๕" (+/- ๐.๕ นิ้ว)
 - ๓.๑ พับริมผ้าด้านยาวข้างละประมาณ ๑ นิ้ว ไว้ด้านใน
 - ๓.๒ พับริมผ้าด้านกว้าง ๒ ด้านไว้ด้านใน
 - ๓.๓ พับทบกันจนได้ขนาดสำเร็จรูป ๔" x ๔" ๑๒ ชั้น
- ๔) ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๔
- ๕) จำนวน เส้นด้ายยืนอย่างน้อย ๒๐ เส้น และเส้นด้ายพุ่งอย่างน้อย ๑๖ เส้นต่อตารางนิ้ว
- ๖) ผ้าก๊อสทำจากเส้นด้ายฝ้าย ๑๐๐% ขาวสะอาด ปราศจากสารเรืองแสง ไม่มีปน ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ
- ๗) แต่ละชั้นมีขนาดเท่าๆ กัน ไม่เย็บริม ไม่ปรากฏริมผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย โดยซ้อนริมผ้าไว้ด้านใน
- ๘) สามารถดูดซับของเหลวได้ดี
- ๙) ซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (Medical Grade) พลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ ๑ ด้าน มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้

.....
อธิรตี คุปตจิต

(นางอธิรตี คุปตจิต)

.....
นางแสงสม เพิ่มพูล

(นางแสงสม เพิ่มพูล)

.....
ฉวีวรรณ เทพศาสตรา

(นางสาวฉวีวรรณ เทพศาสตรา)

เงื่อนไข

๑. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุและจำนวน
 - ขนาด
 - วิธีการ Sterilization
 - วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต
 - วันหมดอายุ
 - มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว
๒. ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene Oxide ภายใต้มาตรฐาน ISO และ EN
๓. มีการแสดงรายละเอียดการทำ Sterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene Oxide) และ ECH (Ethylene Chlorohydrin)
๔. มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดเชื้อ จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา

(๖) GAUZE ๔"x๔" แบบสอดปลาย จำนวน ๖๘๔ ชิ้น

คุณลักษณะทั่วไป

- ผ้าโปร่งที่พับทบกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยซ้อนริมผ้าไว้ด้านใน และเป็นผ้าผืนเดียวกัน

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑) ขนาด กว้าง x ยาว : ๔" x ๔"
- ๒) ความหนา : ๑๒ ชั้น
- ๓) ขนาดก่อนพับ กว้าง x ยาว โดยประมาณ ๑๓" x ๑๕" (+/- ๐.๕ นิ้ว)
 - ๓.๑ พับริมผ้าด้านยาวข้างละประมาณ ๑ นิ้ว ไว้ด้านใน
 - ๓.๓ พับริมผ้าด้านกว้าง ๒ ด้านไว้ด้านใน
 - ๓.๓ พับทบกันจนได้ขนาดสำเร็จรูป ๔" x ๔" ๑๒ ชั้น
- ๔) ผลิตจากผ้าก๊อสที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๔
- ๕) จำนวน เส้นด้ายยืนอย่างน้อย ๒๐ เส้น และเส้นด้ายพุ่งอย่างน้อย ๑๖ เส้นต่อตารางนิ้ว
- ๖) ผ้าก๊อสทำจากเส้นด้าย ๑๐๐% ขาวสะอาด ปราศจากสารเรืองแสง ไม่มีปน ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ
- ๗) แต่ละชั้นมีขนาดเท่าๆ กัน ไม่เย็บริม ไม่ปรากฏริมผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย โดยซ้อนริมผ้าไว้ด้านใน
- ๘) สามารถดูดซับของเหลวได้ดี
- ๙) ช่องปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (Medical Grade) พลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ ๑ ด้าน มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในช่องได้

อภิรดี คุปตจิต

(นางอภิรดี คุปตจิต)

(นางแสงสม เพิ่มพูล)

วิวิรรณ เทพศาสตร์

(นางสาววิวิรรณ เทพศาสตร์)

เงื่อนไข

๑. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุและจำนวน - ขนาด
 - วิธีการ Sterilization - วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต
 - วันหมดอายุ - มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว
๒. ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene Oxide ภายใต้มาตรฐาน ISO และ EN
๓. มีการแสดงรายละเอียดการทำ Sterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene Oxide) และ ECH (Ethylene Chlorohydrin)
๔. มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดเชื้อ จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา

(๓) GAUZE Drain ๐.๕"x๔" YD STERILE จำนวน ๔๓๓ ชิ้น

คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นผ้าโปร่งที่พับทบกันเป็น ๔ ชั้น โดยซอริมผ้าไว้ด้านใน

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑) ขนาดกว้าง * ยาว : ๐.๕๐ นิ้ว * ๔ หลา
- ๒) ความหนา : ๔ ชั้น
- ๓) ขนาดผ้าก่อนพับกว้าง * ยาว โดยประมาณ ๒ นิ้ว * ๔ หลา
 - ๓.๑ พับริมผ้าด้านยาวข้างละประมาณ ¼ ของหน้าผ้าไว้ด้านใน
 - ๓.๒ พับริมผ้าด้านยาวเข้าหากันอีกครั้ง จะได้ผ้าซึ่งทบกัน ๔ ชั้น เป็นเส้นยาว
- ๔) ผลิตจากผ้าก๊อซที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๔
- ๕) ม้วนเก็บเป็นขดกลม
- ๖) สามารถดูดซับของเหลวได้ดี
- ๗) บรรจุในซองพลาสติก ๑ ชั้น ก่อนที่จะบรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) ซองละ ๑ ชิ้น
- ๘) ซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (Medical Grade) พลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ ๑ ด้าน มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้

เงื่อนไข

๑. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุและจำนวน
 - ขนาด
 - วิธีการ Sterilization
 - วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต
 - วันหมดอายุ
 - มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว
๒. ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene Oxide ภายใต้มาตรฐาน ISO และ EN
๓. มีการแสดงรายละเอียดการทำ Sterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene Oxide) และ ECH (Ethylene Chlorohydrin)
๔. มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดเชื้อ จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา

อรุณี คุปตจิต

(นางอรุณี คุปตจิต)



(นางแสงสม เพิ่มพูล)

วิวิรรณ เทพศาสตร์

(นางสาววิวิรรณ เทพศาสตร์)

(๘) GAUZE Drain ๑"x๔" YD STERILE จำนวน ๑๔ ชิ้น

คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นผ้าโปร่งที่พับทับกันเป็น ๔ ชั้น โดยซ่อนริมผ้าไว้ด้านใน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑) ขนาดกว้าง * ยาว : ๑ นิ้ว * ๔ หลา

๒) ความหนา : ๔ ชั้น

๓) ขนาดผ้าก่อนพับ กว้าง * ยาว โดยประมาณ ๔ นิ้ว * ๔ หลา

๓.๑ พับริมผ้าด้านยาวข้างละประมาณ ¼ ของหน้าผ้าไว้ด้านใน

๓.๒ พับริมผ้าด้านยาวเข้าหากันอีกครั้ง จะได้ผ้าซึ่งทับกัน ๔ ชั้น เป็นเส้นยาว

๔) ผลิตจากผ้าก๊อซที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มอก. ๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๔

๕) ม้วนเก็บเป็นขดกลม

๖) สามารถดูดซับของเหลวได้ดี

๗) บรรจุในซองพลาสติก ๑ ชั้น ก่อนที่จะบรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) ของละ ๑ ชิ้น

๘) ซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (Medical Grade) พลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ

๑ ด้าน มีความหนาทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้

เงื่อนไข

๑. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้

- วัสดุที่บรรจุและจำนวน

- ขนาด

- วิธีการ Sterilization

- วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต

- วันหมดอายุ

- มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว

๒. ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene Oxide ภายใต้มาตรฐาน ISO และ EN

๓. มีการแสดงรายละเอียดการทำ Sterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene Oxide) และ ECH (Ethylene Chlorohydrin)

๔. มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา

(๙) GAUZE ๑๕"x๑๕" STERILE จำนวน ๒,๔๖๕ ชิ้น

คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นผ้าโปร่งที่พับทับกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมและเย็บเก็บริมผ้าทั้ง ๔ ด้าน มีหูห่วงสีฟ้าและเส้น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑) ขนาดกว้าง ๑๕ นิ้ว ยาว ๑๕ นิ้ว คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๐.๕ นิ้ว

๒) ความหนา ๑๒ ชั้น

๓) น้ำหนักประมาณ ๔.๕ กรัม +/- ๒ กรัม / ชิ้น

๔) จำนวน เส้นด้ายยืนอย่างน้อย ๒๐ เส้น และเส้นด้ายพุ่งอย่างน้อย ๑๖ เส้นต่อตารางนิ้ว

๕) มีเส้นด้ายเกลียวทึบแสงที่สามารถ X-RAY เห็นได้ ทอไว้ในผืนผ้า ก่อนเย็บริมผ้าโดยรอบ

๖) สามารถดูดซับของเหลวได้ดี

อริจิตต์ อุดจิตต์

(นางอริจิตต์ อุดจิตต์)



(นางแสงสม พิมพ์มูล)


วิวิรรณ เทพศาสตร์

(นางสาววิวิรรณ เทพศาสตร์)

- ๗) บรรจุในซองพลาสติก ๑ ชั้น ก่อนที่จะบรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) ของละ ๑ ชั้น
๘) ของปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (Medical Grade) พลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ
๑ ด้าน มีความหนาแน่นไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้
เงื่อนไข

๑. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุและจำนวน - ขนาด
 - วิธีการ Sterilization - วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต
 - วันหมดอายุ - มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว
๒. ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene Oxide ภายใต้มาตรฐาน ISO และ EN
๓. มีการแสดงรายละเอียดการทำ Sterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene Oxide) และ ECH (Ethylene Chlorohydrin)
๔. มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา

ลงชื่อ..... อภิรัตน์ คุปตจิตต์ประธานกรรมการ
(นางอภิรัตน์ คุปตจิตต์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางแสงสม เพิ่มพูน)

ลงชื่อ..... ฉวีวรรณ เทพศาสตรากรรมการ
(นางสาวฉวีวรรณ เทพศาสตรา)