

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ซื้อ ถุงมือแบบไม่มีแป้ง จำนวน ๖ รายการ  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

๑. ความเป็นมา

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะดำเนินการจัดซื้อ ถุงมือแบบไม่มีแป้ง จำนวน ๖ รายการ คุณสมบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
๑	GLOVE SURGICAC ST ๖ (ไม่มีแป้ง)	๒๐๐	กล่อง
๒	GLOVE SURGICAC ST ๖.๕ (ไม่มีแป้ง)	๔๕๐	กล่อง
๓	GLOVE SURGICAC ST ๗ (ไม่มีแป้ง)	๑๒๐	กล่อง
๔	GLOVE SURGICAC ST ๘ (ไม่มีแป้ง)	๕๐	กล่อง
๕	GLOVE SURGICAC ST ๖.๕ (ไม่มีแป้ง) ใช้สำหรับเตรียมยา	๓,๒๐๐	คู่
๖	GLOVE SURGICAC ST ๗.๕ (ไม่มีแป้ง) ใช้สำหรับเตรียมยา	๑,๒๐๐	คู่

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการทำหัตถการภายนอกร่างกาย, และทำให้แผลปราศจากเชื้อ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ เป็นผู้มิอาชัพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบ ของทางราชการ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

.....  
(นายทินกร พงศ์อรพินท์)


.....  
(นางอรุณ อ้วนทสุตร)

.....  
(นายสมัย โกสุมภ์)


ทั้งนี้ ผู้ใช้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการทำสัญญากับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับ รายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรายรับ รายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

#### ๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะทั่วไป


๑. ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ไม่มีแปงเคลือบภายในและภายนอกถุงมือ ผ่านขบวนการผลิตที่ทันสมัยและปลอดภัย
๒. ถุงมือแต่ละข้างมีเครื่องหมายระบุขนาดและระบุว่าเป็นข้างซ้าย (L) หรือข้างขวา (R) ให้เห็นชัดเจนตามมาตรฐานสากล และไม่หลุดลอกเวลาทำความสะอาด
๓. ถุงมือทุกคู่มิลักษณะสวมใส่กับมือได้โดยกระชับไม่ลื่นหลุด และไม่บีบรัดมากเกินไป ความยาวของถุงมือไม่น้อยกว่า ๒๘๐ มม. สามารถสวมลงถึงง่ามนิ้วมือได้พอดี
๔. ถุงมือบรรจุในซองเดี่ยว ซองละ ๑ คู่ ลักษณะนิ้วของถุงมืออยู่ในท่าเหยียดนิ้ว และผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อมาแล้ว
๕. เนื้อยางโปร่งแสง มีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน
๖. ถุงมือทุกข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรูรั่ว หรือปราศจากรอยตำหนิต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลเสียต่องาน เช่น ฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง
๗. เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับการศัลยกรรมผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ไม่มีสารที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ขึ้นได้
๘. เมื่อนำกลับมาฆ่าเชื้อซ้ำสามารถทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งไอน้ำที่อุณหภูมิ ๑๒๐ องศาเซลเซียสและสามารถนำกลับมาใช้ได้ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง โดยยังมีคุณภาพที่ใช้งานได้ดี
๙. ผ่านการทดสอบรูรั่ว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือสำหรับการศัลยกรรม
๑๐. มีผิวเรียบปราศจากรอยตำหนิต่าง ๆ ผิวด้านนอกออกแบบให้มีความสากเพื่อใช้หยิบจับอวัยวะ หรือเครื่องมือผ่าตัดที่เปียกได้โดยไม่ลื่นหลุดง่ายในขณะเปียก



(นายทินกร พงศ์อรพินท์)




(นางอรุณ อัญชุตอร)





(นายสมัย โกสุมภ์)

เงื่อนไข

- ๑) มีฉลากแสดงชื่อ ประเภท ขนาดของถุงมือ ตรา ยี่ห้อสินค้า ชื่อผู้ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุหน้ากล่องบรรจุ และ ช่องที่บรรจุอยู่ในสภาพดี ทุกกล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่มิดชิด
- ๒) ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ / ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓
- ๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. ๕๓๘ - ๒๕๔๘
- ๔) ได้รับมาตรฐาน CE ๐๔๓๔
- ๕) ขนาดบรรจุ กล่องละ ๕๐ คู่

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายทินกร พงศ์อรพินท์)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
(นางอรุณ อัญสุนทร)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
(นายสมัย โกลุสมภ์)