

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**ซื้อ ถุงมือแบบไม่มีแป้ง จำนวน ๖ รายการ**  
**โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร**

**๑. ความเป็นมา**

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะดำเนินการจัดซื้อ ถุงมือแบบไม่มีแป้ง จำนวน ๖ รายการ คุณสมบัติตามข้อกำหนด ดังนี้


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
๑	GLOVE SURGICAC ST ๖ (ไม่มีแป้ง)	๑๐,๐๐๐	คู่
๒	GLOVE SURGICAC ST ๖.๕ (ไม่มีแป้ง)	๒๒,๕๐๐	คู่
๓	GLOVE SURGICAC ST ๗ (ไม่มีแป้ง)	๖,๐๐๐	คู่
๔	GLOVE SURGICAC ST ๘ (ไม่มีแป้ง)	๒,๕๐๐	คู่
๕	GLOVE SURGICAC ST ๖.๕ (ไม่มีแป้ง) ใช้สำหรับเตรียมยา	๓,๒๐๐	คู่
๖	GLOVE SURGICAC ST ๗.๕ (ไม่มีแป้ง) ใช้สำหรับเตรียมยา	๑,๒๐๐	คู่

**๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน**

เพื่อใช้ในการทำหัตถการภายนอกร่างกาย, และทำให้แผลปราศจากเชื้อ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล

**๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา**


- ๓.๑ เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุง้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบ ของทางราชการ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด



(นายทินกร พงศ์อรพินท์)



(นางสาวนราวิณ์ กิมกุล)




(นางสาวโสภิต บุชยะจารุ)

ทั้งนี้ ผู้ใช้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการทำสัญญากับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับ รายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรายรับ รายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

#### ๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะทั่วไป

##### ๔.๑ รายการที่ ๑ - ๔


๑. ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติไม่มีแปงเคลือบภายในและภายนอกถุง
๒. ถุงมือแต่ละข้างมีเครื่องหมายระบุขนาดและระบุว่าเป็นข้างซ้าย (L) หรือข้างขวา (R) ให้เห็นชัดเจนตามมาตรฐานสากล และไม่หลุดลอกเวลาทำความสะอาด
๓. ถุงมือทุกคู่มิ่ลักษณะสวมใส่กับมือได้โดยกระชับไม่ลื่นหลุด และไม่บีบรัดมากเกินไป ความยาวของถุงมือไม่น้อยกว่า ๒๘๐ มม. สามารถสวมลงถึงง่ามมือได้พอดี
๔. ถุงมือบรรจุในซองเดี่ยว ซองละ ๑ คู่ ลักษณะนิ้วของถุงมืออยู่ในท่าเหยียดนิ้ว และผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อมาแล้ว
๕. มีฉลากแสดงชื่อ ประเภท ขนาดของถุงมือ ตรายี่ห้อสินค้า ชื่อผู้ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ หน้ากล่อง บรรจุ และ ซองที่บรรจุอยู่ในสภาพดี ทุกกล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่มิดชิด
๖. ถุงมือทุกข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรูรั่ว หรือปราศจากรอยตำหนิต่างๆ ที่อาจเป็นผลเสียต่องาน เช่น ฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง
๗. เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับการศัลยกรรมผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ไม่มีสารที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ขึ้นได้
๘. ได้รับมาตรฐาน ISO
๙. ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. หรือ ได้รับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา๑๐. ได้รับมาตรฐาน CE



(นายทินกร พงศ์อรพินท์)




(นางสาวนราวิณ์ กิมกุล)





(นางสาวโสภิต บุชยะจารุ)

#### ๔.๒ รายการที่ ๕ - ๖

๑. เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับงานศัลยกรรม, งานผสมเทียม และงานเคมีบำบัด ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ไม่มีแปงเคลือบ ภายใน และภายนอก
๒. ขนาดของถุงมือมาตรฐานสากล เหมาะสมกับมือผู้ใช้งาน สวมใส่ได้กระชับมือและไม่บีบรัดนิ้วมือ ส่วนของความยาวนิ้วมือไม่สั้นจนถึงข้อมือและสามารถสวมใส่ลงถึงง่ามนิ้วมือได้พอดี ช่วยลดความเมื่อยล้าในระหว่างที่ปฏิบัติงาน
๓. เนื้อยางเรียบ ปราศจากรอยตำหนิใด มีความยืดหยุ่นดี ไม่กระด้าง ส่วนของผิวหนังนอกมีความสาก เพื่อหยิบจับอวัยวะ หรือเครื่องมือผ่าตัดที่เปียกได้ดี ไม่ลื่นหลุดง่าย
๔. ขอบถุงมือเป็นแบบเรียบ ไม่มีห่วง จึงไม่มีข้อให้สิ่งสกปรกเกาะสะสมที่ขอบถุงมือ ส่วนของขอบถุงมือหนาจึงรัดกระชับแขนเสื้อผ่าตัดได้ดี
๕. มีเบอร์บอกขนาดที่ใกล้ขอบถุงมือ และมีตัวอักษรย่อบอกให้ทราบว่าถุงมือนั้นสำหรับสวมมือซ้าย หรือมือขวา พิมพ์ด้วยหมึกที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดของการใส่ถุงมือสลับข้างกัน
๖. ผ่านการตรวจรูรั่วด้วย Technology Pinhole Prevention Process ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดย ระดับ AQL ก่อนการบรรจุไม่เกิน ๐.๖๕ และระดับ AQL หลังบรรจุไม่เกิน ๑.๐
๗. บรรจุในซองเดี่ยว ๒ ชั้น แบบ Square Pack ของละ ๑ คู่ และ บรรจุในกล่อง กล่องละ ๕๐ คู่ ที่ระบุชื่อยี่ห้อ ขนาดของถุงมือ ชื่อผู้ผลิต และ ชื่อผู้จำหน่าย ลีอตผลิต วันที่ผลิต และวันหมดอายุ
๘. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาตามมาตรฐานทางการแพทย์ ISO ๑๑๑๓๗ The sterilization of medical devices และมีสติ๊กเกอร์เคมีที่เปลี่ยนสีหรือสัญลักษณ์ แสดงว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้วบนกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อแสดงให้เห็นทราบว่าผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์มีผลแสดงความปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ (Sterility tests) จากกรมวิทยาศาสตร์
๙. ผ่านมาตรฐาน ASTM D ๓๕๗๗ Standard Specification for Rubber Surgical Gloves เรื่องการทดสอบมาตรฐานถุงมือยาง
๑๐. เป็นถุงมือที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๕๓๘ - ๒๕๔๘ หรือ CE๐๐๘๖ มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕ (Quality Management System) และได้รับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑๑. ผ่านการทดสอบ ยาเคมีบำบัด ๑๐ ชนิด โดยใช้วิธีเลียนแบบสภาวะจริง (Dynamic test) เพื่อทดสอบคุณสมบัติของถุงมือในการเป็นเครื่องป้องกันขณะเตรียมยาเคมีบำบัด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายทินกร พงศ์อรพินท์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวนาราวินท์ กิมกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวโสภิต บุชยะจารุ)